



令和4年度 保守管理実績書

MRI撮影装置・造影剤注入装置保守管理実績書

MRI撮影装置点検実績 室名 MRI・1

メーカー名 機器名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
シーメンス MAGNETOM Skyra	定期 点検		28日 3ヶ月 点検			27日 6ヶ月 点検			26日 9ヶ月 点検			4日 12ヶ月 点検	

造影剤注入装置点検実績

メーカー名 機器名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
根本杏林堂 ソニックショット GX	定期 点検											28日 12ヶ月 点検	

MRI撮影装置点検実績 室名 MRI・2

メーカー名 機器名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
シーメンス MAGNETOM Sola	定期 点検				2日 6ヶ月 点検						14日 12ヶ月 点検		

造影剤注入装置点検実績

メーカー名 機器名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
根本杏林堂 ソニックショット7	定期 点検											27日 12ヶ月 点検	

MRI撮影装置点検実績 室名 MRI・3

メーカー名 機器名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
シーメンス MAGNETOM Sola	定期 点検						3日 6ヶ月 点検						18日 12ヶ月 点検

造影剤注入装置点検実績

メーカー名 機器名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
根本杏林堂 ソニックショット7	定期 点検	2022年1月に更新したため今年度はなし。											

令和4年度 保守管理実績書

ガンマーカメラ装置保守点検実績書

ガンマーカメラ装置保守点検実績

室名 RI検査・1

メーカー名 機器名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
GE Infinia GP3	定期 点検				8日 4ヶ月 点検				4日 8ヶ月 点検				23日 12ヶ月 点検

ガンマーカメラ装置保守点検実績

室名 RI検査・2

メーカー名 機器名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
GE Discovery NM630	定期 点検	22日 6ヶ月 点検						7日 12ヶ月 点検					

一般撮影装置保守点検実績 室名 胸部撮影

メーカー名 機器名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
島津 UD150L-40	定期 点検							26日 12ヶ月 点検					